


経腸栄養分野の新規格

ISO 80369-3準拠製品

についてのご案内

相互接続防止を目的とした国際規格の一つである経腸栄養分野の新規格ISO 80369-3に準拠した製品への切替えが行われます。切り替え後は既存製品と新規格製品は接続できなくなるので、注意が必要です。

規格概要



スケジュール

新規格製品

発売開始予定時期

2019年12月以降

既存製品

切替完了時期

2021年11月末

2020年

「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて」
(平成30年3月16日付 医政安発0316第1号、薬生薬審発0316第1号、薬生機審発0316第1号、薬生安発0316第1号)に記載

まずは院内の対象製品をご確認ください

変更箇所、当社対象製品は裏面をご覧ください

新規格の変更対象となる部分

今回の変更は


○の箇所が**対象**となり

○の箇所は**対象外**となります。

※対象除外例… バルーンインフレーションルーメンのコネクタ、胃瘻用ボタンのコネクタ部
及びこれに接続するチューブのコネクタ、経腸栄養ボトルとの接続箇所等

連結チューブ使用例：栄養食品と接続


⑤ EJ連結チューブ




PGソフトEJ



⑥ PG連結チューブ



① カテーテルチップシリンジ + ② キャップ




④ テルフィード栄養ポンプ用セット2

③ テルフィードEDセット

患者側


経鼻チューブ

食道経由経腸栄養用チューブ



胃瘻

胃ろうカテーテル



当社対応製品

- ① テルモカテーテルチップシリンジ
- ② カテーテルチップシリンジ用キャップ
- ③ テルフィードEDセット
- ④ テルフィード栄養ポンプ用セット2

- ⑤ EJ連結チューブ
- ⑥ PG連結チューブ

一般的名称:経腸栄養注入セット 販売名:テルモカテーテルチップシリンジ 医療機器届出番号:13B1X00101000004
 一般的名称:注射筒キャップ 販売名:カテーテルチップシリンジ用キャップ 医療機器届出番号:13B1X00101000041
 一般的名称:経腸栄養注入セット 販売名:ジェイフィード栄養セット 医療機器届出番号:34B1X00001000063
 一般的名称:ポンプ用経腸栄養注入セット 販売名:テルフィード栄養ポンプ用セット2 医療機器届出番号:227AABZK00100
 一般的名称:経腸栄養注入セット 販売名:EJ連結チューブ 医療機器届出番号:13B1X00101000028
 一般的名称:経腸栄養注入セット 販売名:PG連結チューブ 医療機器届出番号:13B1X00101000014

不明点につきましては、弊社担当者までお問合せください。

TERUMO、PGソフトはテルモ株式会社の商標です。
 テルモ、テルフィードはテルモ株式会社の登録商標です。
 ©テルモ株式会社 2019年6月
 19T187-1S20.001S21906

お客様各位

テルモ栄養食品

半固形PGソフトシリーズ、とろみF2シリーズ 吸い口(EJ容器専用)のご案内

2019年12月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、テルモ栄養食品 半固形PGソフトシリーズ、とろみF2シリーズ(EJ容器)用として「吸い口(EJ容器専用)」をご用意いたしましたのでご案内申し上げます。

なお、詳細につきましては、弊社担当者にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

謹白


記

■ 吸い口

必要に応じて、「EJ容器」へ装着してご使用いただく吸い口です。(1袋10個入り)

<本品>

装着部分



<使用例>



吸い口 (本品)

EJ容器

■ 供給開始時期 2019年12月以降